


# <sup>60</sup>Co

20 rör med totalt  
ca 7.7 kBq  
den 1 jan 2000

Kalibreringskällor till  
Livermore-fantomet

20 st <sup>60</sup>Co källor

<sup>60</sup>Co aktiviteten finns på den sidan  
av röret som är täckt med kork



| Nr | Bq (1.1.1993) | Nr | kBq (1.1.1993) |
|----|---------------|----|----------------|
| 1  | 0.95          | 11 | 1.95           |
| 2  | 0.99          | 12 | 1.87           |
| 3  | 0.94          | 13 | 1.91           |
| 4  | 0.95          | 14 | 1.89           |
| 5  | 0.96          | 15 | 1.90           |
| 6  | 0.96          | 16 | 1.90           |
| 7  | 0.99          | 17 | 1.92           |
| 8  | 0.94          | 18 | 1.85           |
| 9  | 0.97          | 19 | 1.88           |
| 10 | 0.99          | 20 | 1.85           |